



Høringsvar: Høringsnotat fra HOD - Ny strålevernforskrift

Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi (NFKAR) er enig med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det er nødvendig med en Ny strålevernforskrift. NFKAR stiller seg positiv til de aller fleste endringene i den nye forskriften og støtter spesielt endringen om at screeningvirksomhet ikke lenger er omtalt i forbindelse med dental røntgenvirksomhet.

Med en ny godkjent spesialitet i kjeve- og ansiktsradiologi er det viktig for NFKAR å presisere nødvendige endringer/tillegg vedrørende personell og kompetanse for dem som skal inngå og ha det diagnostiske ansvaret for avanserte radiologiske undersøkelser innen kjeve- og ansiktsregionen (§ 43) og kompetanse for å betjene forskjellig type røntgenapparat (§ 46) som brukes innen kjeve- og ansiktsregionen.

Forslag til konkrete endringer/tillegg er uthevet i fet skrift:

§ 43. *Medisinsk kompetanse*

Som en følge av punkt a) foreslås følgende endring i punkt b) :

b), ved flermodalitetsundersøkelser som for eksempel PET/CT og SPECT/CT også lege **eller tannlege** med spesialistgodkjenning i radiologi.

f) Ved intraoral dentalradiografi, tannlege eller tannpleier; ved ekstraoral dentalradiografi (apparat uten krav til godkjenning), tannlege med relevant kompetanse.

§46. *Kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk*

Følgende endring/tillegg foreslås i første avsnitt:

Røntgen- og MR - apparater skal betjenes av radiograf, eller lege **eller tannlege** med relevant spesialistgodkjenning. **CBCT kan også betjenes av tannlege med relevant kompetanse.** Kravet gjelder likevel ikke for enkel transportabel apparatur for fotografering og gjennomlysning **eller konvensjonell dentalrøntgenapparat.**

Kommentar:

Setningen: ... ”, eventuelt tannlege dersom slik apparatur brukes innen dental radiologi” bør erstattes med ”**CBCT kan også betjenes av tannlege med relevant kompetanse**”. Setningen er helt i samsvar med setningen i StrålevernRapport 2009:2: Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar: ”For CBCT må det vere ein tannlege eller ein radiograf som tek røntgenbileta.”

Oslo, 160909

På vegne av Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi

Anne Møystad

Leder i Norsk forening for kjeve- og ansiktsradiologi