



NORSK KIROPRAKTORFORENING

NORWEGIAN CHIROPRACTORS' ASSOCIATION

Helse og omsorgsdepartementet
Boks 8011 Dep
0030 Oslo

15.09.2009

Vedrørende Norsk Kiropraktorforening (NKF) sine bemerkninger til høring av utkast til ny strålevernforskrift

Norsk Kiropraktorforening har mottatt "Høring av utkast til ny forskrift om bruk av strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)" og har nedenstående bemerkninger og endringsforslag.

Det er 3 paragrafer vi finner det relevant for vår forening å uttale oss om. Disse står under kapittel VI. Bestemmelser om medisinsk strålebruk.

§40 Krav om rekvisisjon

Kiropraktorer er i en særstilling da flere av oss er i besittelse av et røntgenapparat i klinikken, og er dermed både den som henviser og den som tar selve røntgen bilde. Vi er enige i forslaget om at det bør foreligge en rekvisisjon, og de kiropraktorene som selv tar røntgenbilder av sine pasienter i klinikken skal derfor lage en rekvisisjon til seg selv. Dette ser vi på som en ryddig prosedyre og også hensiktsmessig da vi i nær fremtid kommer til å søke om stønad/refusjon til dekning av utgifter ved røntgenundersøkelser foretatt i våres klinikker.

§46 Krav til kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk

I denne paragrafen er kiropraktorer ikke nevnt. Det er naturlig at kiropraktorer bør inkluderes slik at ordlyden blir som følger: "Røntgen- og MR- apparater skal betjenes av radiograf, lege eller kiropraktor."

§50 Dosimetri ved ioniserende strålebehandling, røntgendiagnostikk og nukleærmedisin

Siste ledd: Kalibrering av utstyr har hittil blitt utført jevnlig ved service fra utstyrsleverandør. NKF finner det lite hensiktsmessig at kalibrering bør skje oftere enn hvert 3.år da røntgenapparat i kiropraktorpraksis generelt er mindre i bruk/har mindre slitasje enn andre rene kommersielle røntgeninstitutt.

Med vennlig hilsen,

Øystein Ogre
Leder Norsk Kiropraktorforening

(*Øystein Ogre*) .