

Helse- og omsorgsdepartementet
Att. Kirsten Been Dahl
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref: 13/2290kbd Vår ref: 2013/1799- Kjellfrid Laugaland, tlf 52732045 Haugesund,
21058/2013 09.09.2013

Høring - Forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til transplantasjonsloven

Det vises til brev datert 20.06.13 med svarfrist 20. september 2013.

Haugesund sjukehus, Helse Fonna, har status som godkjent donorsykehus. Vi har i alle år støttet oss til og fulgt nasjonale krav og føringer for organdonasjon. Det er positivt at forskriftsteksten revideres i tråd med medisinsk teknologisk utvikling. Forutsetningen er at nyvinningene fremdeles gir sikkert beslutningsgrunnlag når det skal tas avgjørelser om organdonasjon.

Det er forståelig at en ønsker å ikke la lovteksten låse hvilken metode som skal benyttes – siden teknologisk utvikling ser ut til å gå så raskt. På den annen side ligger det en risiko i at dette kan føre til at alle tekniske metoder vil være i bruk samtidig – og at praksis blir uoversiktlig. Vi mener derfor at forskriftsendringen må følges av at Direktoratet – i samarbeid med aktuelle fagmiljø – gir strenge føringer for hvilke metoder som til enhver tid skal benyttes.

CT angiografi er i 2013 hyppigst anbefalte metode, og er bredt tilgjengelig. CT angiografi kan ha høyere sensitivitet enn konvensjonell angiografi og påvise rest-sirkulasjon i større grad. Også venøs retur kan fremstilles. Dette kan medføre tvil ved tolkning og forsinke prosessen. Ut fra dette kan det reises spørsmål om det er hensiktsmessig å vurdere andre tekniske undersøkelser som supplement fram til CT angiografi er grundig validert og evt. tilsier noe annet. Det sies for øvrig intet om kvalitet i studiene det refereres til i høringsnotatet.

Det bør dessuten foreligge konsensus om hvordan undersøkelser skal gjennomføres (felles, nasjonale prosedyrer) og tolkes (svar-kriterier). Dette gjelder uansett metoder som tas i bruk i tråd med teknologisk utvikling.

Konklusjon:


Vi støtter de fire første punktene til § 2.

Vi støtter pkt 5 under forutsetning av at dette følges opp av nasjonal standard for metode, inkl nasjonale prosedyrer for taking og tolking av bilder.


Vi ber om at supplerende tekniske undersøkelser vurderes til det foreligger mer erfaring og dokumentasjon vedrørende bruk av CT angiografi.

Klare og detaljerte nasjonale retningslinjer er nødvendig.

Helse Fonna HF



Olav Klausen
Adm. dir


Kjellfrid Laugaland
fagsjef