

Arbeids- og Sosialdepartementet  
Postboks 8019 Dep.  
0030 OSLO

Arbeids- og sosialdepartementet	
Saksnr.: 200500983	Dok.nr.: 56
Arkivkode: 671.3	Dato: 03.05.05
Avd.: SAN	Saksbeh.:
U.off.:	

Deres ref./Your ref.  
200500983-/LSO

Vår ref./Our ref.  
2005/391/HKI/

Dato/Date  
29.04.2005

## Høringsuttalelse Forslag om endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Vi viser til høringsbrev datert 01.03.05. Justervesenet står ikke på listen over høringsinstanser, men velger likevel å gi en kort kommentar.

Justervesenet har ansvar for lov om mål og vekt, som inneholder krav til en rekke måleinstrumenter som benyttes i handel og vandel. Den omfatter blant annet instrumenter for måling av volum og alkoholstyrke. Justervesenet har merket seg at høringsutkastet ikke inneholder noen krav om kvalitetssikring av målinger.

I forslaget til endringer i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. heter det i §1-9 at *drikk som inneholder en eller to alkoholsterke komponenter, kan inneholde enten 2 eller 4 cl slik alkoholholdig drikk*. Dersom man ønsker å stille krav til målenøyaktighet på volummålere som benyttes til å måle opp den alkoholholdige væsken, så er dette regulert av et nytt EU-direktiv om måleinstrumenter, 2004/22/EC. Justervesenet utreder for tiden hvordan dette direktivet skal implementeres i norsk regelverk. Nødvendige forskrifter må fastsettes innen 30. april 2006. Direktivet er et såkalt frivillig direktiv, dvs. at hvert medlemsland står fritt i å vurdere for hvilke måleinstrumenter de ønsker å stille krav, men dersom de har krav er de bundet av direktivet. For måleglass på 2 og 4 cl så er kravet til målenøyaktighet +/- 0,2 cl, hvor korrekt volum er markert med en linje.

Justervesenet informerer gjerne mer detaljert om det nye direktivet dersom det er av interesse å stille krav til målinger.

Forøvrig støtter Justervesenet at man går over til å angi alkoholstyrke med en desimal og ikke to desimaler som tidligere da to desimaler ikke kan forsvares ut fra måleusikkerheten.

Med vennlig hilsen

Helge Kildal  
justerdirektør

Hege Bredesen  
seniorrådgiver