

18.01.2023

Vår ref.: NITO Bioingeniørfaglig institutt

Deres ref.: 22/4197

Høring om pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 100 000 medlemmer. NITO organiserer medlemmer innen alle sektorer. Innen helse og helsenæringer arbeider NITOs medlemmer i helseforetakene, statlig, kommunal, ideell og privat sektor. De aller fleste av landets bioingeniører er organisert i NITO bioingeniørfaglig institutt (BFI).

NITO viser til Helse- og omsorgsdepartementet høring om forslag til endring i forskriftshjemmelen for nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13, og ønsker å peke på følgende:

Dette er et forslag som i prinsipp ønskes velkommen, da det i dag er problemer med deling av pasientresultater med andre helseinstitusjoner. Det er imidlertid utfordringer knyttet til det å ivareta kravene til informasjonssikkerhet og dokumentasjon av hvem som får innsyn i pasientdata.

Per i dag er det kun enkelte prøvesvar fra mikrobiologiske undersøkelser som er tilgjengelig i portalen «Helsenorge». I høringsnotatet framkommer det at prøvesvar fra alle laboratorie-spesialiteter og bildediagnostiske spesialiteter vil bli gjort tilgjengelig, så lenge de elektroniske pasientjournal-systemene er integrerte med kjernejournalen. Flere av prøvesvarene vil si noe om alvorlig sykdom, som for eksempel kreft. I slike tilfeller vil det være nødvendig med mer utfyllende informasjon. Dette skjer gjerne gjennom samtale med behandler slik at pasient og pårørende blir godt ivaretatt og man reduserer risiko for misforståelser og økt belastning. NITO savner at det ikke framkommer av høringsnotatet om prøvesvar skal godkjennes/kvitteres av rekvirent/ansvarlig behandler *før de gjøres tilgjengelig for pasienten*, eller om de skal *gjøres fortløpende tilgjengelige* i kjernejournalen. I tillegg mener vi det bør gjøres en vurdering av hvordan man kan sikre at pasienten får tilgang til nødvendig veiledning og informasjon om hvordan prøvesvar skal forstås.

Våre bioingeniørmedlemmer peker på utfordringer med hensyn på tolking – og etablering av grafer for å se på utvikling over tid – spesielt for fagområdet medisinsk biokjemi. Årsaken er at analyseplattform og analyseprinsipp varierer mellom de ulike laboratoriene, mellom sykehuslaboratorier og mellom det som gjøres hos fastleger. For flere analyser vil ikke resultatene være direkte sammenlignbare i en graf på grunn av dette. NITO mener derfor at det er viktig at det gis informasjon om analyseprinsipp/plattform i tillegg til referanseområder i nasjonal kjernejournal.

Videre knyttes det usikkerhet til om de ulike datasystemene vil kunne «snakke sammen» slik at vi er sikre på at dataene overføres presis og nøyaktig.

Med vennlig hilsen



Trond Markussen
President



Egil Thompson
Generalsekretær